工業総合研究所所有装置

名称	低温型恒温恒湿器	メーカ	いすゞ製作所	型式	TPAV-120-40	取得	H25
概要	恒温、恒湿度を保持できます						
応用事例	・食品の乾燥 ・製品の品質管理（温度変化加速試験）						
主な仕様	温度設定範囲：-40～120℃、湿度設定範囲：20～98%、プログラムにより温度湿度可変可能 内寸法：500×400×600mm						
試験時間	任意						
出力形態	装置付属モニターにて稼働状況監視可能						
試料等の制約	・毒性のあるもの、有害物は使用不可						
使用料 手数料	機器貸出：220円/時間						

お問い合わせ　工業総合研究所　技術支援部
TEL：017-728-0900, FAX：017-728-0903　e-mail：kou_souken@aomori-itc.or.jp

○本装置は工業新産業創出基盤強化事業（経済産業省）により導入しました。