

工業総合研究所所有装置

名称	低温型恒温恒湿器	メーカー	いすゞ製作所	型式	TPAV-120-40	取得	H25
概要	恒温、恒湿度を保持できます						
応用事例	・食品の乾燥 ・製品の品質管理(温度変化加速試験)						
主な仕様	温度設定範囲:-40～120℃、湿度設定範囲:20～98%、プログラムにより温度湿度可変可能 内寸法:500×400×600mm						
試験時間	任意						
出力形態	装置付属モニターにて稼働状況監視可能						
試料等の制約	・毒性のあるもの、有害物は使用不可						
使用料 手数料	機器貸出:220円/時間						
お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部 TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp ○本装置は工業新産業創出基盤強化事業(経済産業省)により導入しました。							